


朝陽科技大學
Chaoyang University of Technology
音響實驗室
Acoustic Laboratory

建教合作計畫說明書(附件一)

測試項目：建材隔聲量測參考 CNS 8466 標準過程，出具 STC 等級證明。注意量測物品名稱須與報告書相符。報告書中載明委託單位也須與合約書相符。若在同一測試須具不同委託單位委託或遇須加測時，請依下列追加測試案件辦理，但須於合約有效期限內辦理。

內容說明：本測試依雙館式穿透損失量測，並於餘響擴散側取 6 點量測平均值。每件單元材料藉由測試可得各 1/3 八度音程(125~8kHz)之透過損失值。送測單位必須準備完整之送測樣本並負責安裝及拆卸，並注意送測樣本與本研究室測試窗口間需氣密安裝。送測材料完全在實驗室之測試窗口上施作，測試材料尺寸除厚度外(<24cm)應完全符合下圖所示尺寸以內製作。



收費標準：測試單元材料每件新台幣伍萬元整 (不含學校管理費)；屬同一合約(即同一廠商之同級製品)者，於簽約有效期內，每增一件測試加計新台幣貳萬元整 (不含學校管理費)。測試未合格，若欲修改被測物進行再測時，視同加件處理；並簽署同意增加費用同意書送雙方備存。如現場實測者每件加計費用新台幣捌千元整之儀器運送及保險費用。
(契約形式依本校建教合作管理辦法製作並執行之)

連絡處：朝陽科技大學 建築系 音響實驗室

連絡人：陳炯堯 電話：04-23323000 轉 4349 or 8918 or 7153

送測單位簽章：_____ 負責人：_____